关于老年康复训练实训室设备采购市场调查函

我单位根据教学科研需要，需采购老年康复训练实训室相关设备一批，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。

一、项目基本情况

1.项目名称：老年康复训练实训室设备采购项目

2 项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院

3.项目概况：为建设现代服务学院老年康复训练实训室，满足教学需求，需采购一批相关实训设备。

二、调查范围及内容（详见附件）

三、报送文件要求

1.企业法人营业执照（复印件）；

2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；

3.资质证书（复印件）。

四、报送时间

1.调查函回函文件请于 2026 年 4 月 14 日 20 时前，以快件投递、邮箱投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。

2.联系人及联系方式

联系人：黄老师

电话：13100699302

邮箱：huangshu0104@126.com

地址：江西省景德镇市浮梁工美大道 666 号

江西陶瓷工艺美术职业技术学院

现代服务学院

2026 年 4 月 8 日

附件：

老年康复训练实训室设备采购市场调查函

使用（牵头）部门 名 称（盖 章）：现代服务学院

使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026 年 4 月 8 日

使用（牵头）部门经办人及联系电话：黄姝 13100699302

序号	设备（服务）名称	数量	单位	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
1	系列哑铃	1	套	功能：进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。 外形尺寸/cm ≥80×52×77 （不含哑铃） 哑铃质量及数量： 1 磅/件，共 2 个；2 磅/件，共 4 个；3 磅/件，共 4 个；4 磅/件，共 4 个；5 磅/件，共 4 个
2	OT 桌（可调式）	1	套	功能：作业训练用具，供患者进行上肢的主动训练。 外形尺寸/cm≥138 × 80 × 61，桌面高度调节范围≥18cm，桌面额定载荷≥50kg，桌面尺寸≥123×80cm。
3	平行杠（配矫正板）	1	套	功能：用于步行训练，矫正不良步态，肌力增强训练； 规格：长度≥310cm；扶手高度调节范围≥40cm；扶手宽度宽度调节范围≥25cm； 材质：国家标准型不锈钢、实木、防滑胶。
4	PT 训练床	1	套	规格尺寸≥190*126*48cm，最大承载能力≥130kg

5	下肢功率车	1	套	功能:康复锻炼，多种功能组合多种档位调节，助力精细化运动/康复，激活全身体反馈 规格尺寸≥90*40*100cm，最大承载能力≥130kg
6	姿势矫正镜	1	个	规格（长×宽×高）≥85×67×189cm 镜面玻璃厚度≥0.5cm 材质：镜框为铝合金，带轮
7	肘关节牵引训练椅	1	套	功能:用于持续性肘关节牵引，适用于肘关节屈伸活动障碍患者。牵引的重量及方向、座椅高度、固定部位均可调节。 规格尺寸≥102×121×118cm，坐垫高度调节范围≥10cm，前臂垫调节范围≥15cm，角度调节支架调节角度范围≥15°，靠背垫角度调节范围≥90°，前臂支架调节角度范围≥150°,升降支架调节范围≥15°。配重块4块，单重≥1.5kg，最大载荷≥135kg
8	放松按摩器	1	套	功能:通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉紧张疲劳。 外形尺寸/cm≥78×48×98，高度可调节，分8档，每档调节高度≥5cm
9	中频脉冲电疗仪	1	套	中频载波频率≥2KHz~8KHz 误差±10% 输出波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波等 最大透热温度：透热分6档可调，电疗仪应用部分最大发热温度≤52° C;

				定时装置：电疗仪具有定时装置 调幅度：电疗仪的调幅度 0%(等幅波)、25%、50%、75%、100%,允差±5% 主机尺寸≥26cmx17cmx6.6cm
10	肋木滑轮肩梯套组	1	套	包含：肋木（带挂架）、肩梯、滑轮吊环
11	胸背部矫正运动器	1	套	规格尺寸≥128×72×210cm，拉力器个数 2 个，每个拉力器配 6 个配重块，每块重量≥2kg,最大行程≥115cm。
12	电动轮椅	1	辆	外形尺寸≥105×65×95cm，坐宽≥45CM；坐高≥50CM 前轮尺寸≥10 寸；实心胎，后轮尺寸≥16 寸； 净重≥40KG ，载重能力≥100KG 功能： 采用高强度钢质，管壁厚度≥2.0mm，表面液态烤漆处理，车架采用十字交叉折叠结构，体积小，靠背可折叠方便携带，拆脚可以折叠可以拆卸，扶手可以后翻，控制器可以前后调节，控制器可以左右手互换，坐垫靠背垫底层采用黑色防火尼龙，透气美观安全，上层采用 3D 立体式网状透气材料，美观透气，易清洗；轻易折叠，方便运输，能轻易放到轿车后备箱。
13	引导性上肢协	1	套	功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具,提高上肢的日常活动能力。外形尺寸≥95×63×

	调训练器			85cm，角度调节范围≥75°
14	训练用阶梯	1	套	产品用途：适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。 特点和功能：扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。可配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 外形尺寸（长×宽×高）≥332 cm×80 cm×134 cm 扶手杠可调距离≥30 cm 扶手杠侧向额定承载≥70kg 阶梯踏板额定承载≥135kg
15	坐式扩胸训练器	1	套	外形尺寸（长×宽×高）≥980mm×1080mm×1260mm 净重≥56kg 阻力调节档数≥10 档 最大承重≥150kg
16	OT 综合训练工作台	1	套	操作台外形尺寸（长×宽×高）≥190 × 100 × 94 cm 左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）≥44.5X36X2 cm 组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、 铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。
17	电动牵引床	1	套	功能：适用于颈椎病、腰椎病、腰肌劳损、骨质增生、骨关节移位等病症的治疗 一、技术参数：

				腰椎最大牵引行程：200mm±5mm 腰椎牵引力：（0～990N）±5% 颈椎最大牵引行程：300mm±5mm 颈椎牵引力：（0～300N）±5% 牵引总时间：(0～99min)±30s 可调 牵引时间：(0～9min)±5%可调 间歇时间：(0～90S)±5%可调 牵引速度：8mm/s±2 mm/s 产品尺寸（长×宽×高）≥2480×600×730 mm 二、技术特点 1、颈腰椎一体化牵引，可针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。 2、牵引力实时监测检测，自动修正与预置值偏差。 3、8 种不同的牵引模式，20 种治疗参数（病例）存储、读取功能。 4、简单的牵引参数键入法。 5、设有紧急保护措施（患者应急开关、医务人员操作急退键）。 6、率先采用间歇时间以秒为单位，更加实用。 7、数码管显示牵引力、牵引总时间、牵引时间等治疗参数。

18	按摩床	8	张	材质：加粗加厚钢材 产品尺寸（cm）≥180*60*65 腋窝治疗处≥40cm，人性化设计，适合各类人群：面部呼吸处≥15*20cm; 落地式床腿、配备腋下扶手。
19	压疮仿真模型	2	个	该模型主要功能： 1、由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示 2、显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染等。 3、学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。其它附件配置：一次性防水布。 模型尺寸（高*宽）≥265mm*335mm（±20mm）。 材质：PVC 材料。
20	高龄者模拟体验装置	1	套	高龄者模拟体验装置可亲身穿戴“老人行动模拟服”，模拟服根据老年生理变化而设计，包含：1.视觉模拟眼镜 1 个：材质：特质塑料；尺寸（长*宽）≥195*85mm；镜片颜色：3 张白色、1 张黄色； 2.隔音耳罩 1 个； 3.膝关节限制 2 个； 4.肘关节限制 2 个； 5.脚踝负重沙袋、手腕负重沙袋各 2 个； 6.折叠拐杖 1 个：采用铝合金主杆，厚度≥1.2mm，承重≥100kg； 7.模拟驼背前倾

				带 1 个：身体前倾带单侧长度 1100mm（±10mm）； 8. 负重背心 1 个； 9. 收纳包 1 个；10. 教学使用说明书、操作视频
供应商名称（盖章）				
供应商联系方式（含姓名）				
响应产品名称及型号规格				
价格（总价）	人民币： 整（￥ ）			
报价日期				
产地				
其他需要说明事项	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。			